



ORGANISMO ACREDITADO POR EL ONA
FICHA DE CLIENTE

NOMBRE	Laboratorio Agroindustrial, Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Ind. Ltda.
TIPO DE ORGANISMO	Laboratorio de Ensayo
DIRECCIÓN	Av. Gaspar R. de Francia N°64
CIUDAD	Obligado – Departamento de Itapúa
TELEFONO	071 – 218 1396
FAX	071-720 005
PERSONA DE CONTACTO	Ing. Cristina Wolyniec, Encargada de Calidad - Lic. Gustavo Benitez, Jefe de Laboratorio
E-MAIL	cristina.wolyniec@ccu.coop.py – gustavo.benitez@ccu.coop.py

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN CONCEDIDA AL LABORATORIO AGROINDUSTRIAL, COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROPEC. IND, COMO LABORATORIO DE ENSAYO, DE ACUERDO A LA NORMA NP-ISO/IEC 17025:2006, EQUIVALENTE A LA NORMA ISO/IEC 17025:2005 “REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION” Y DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS REGLAMENTOS, CRITERIOS Y POLITICAS DEL ONA APLICABLES A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS EN SU VERSION VIGENTE.

Nº	Ensayos	Sustrato/Matriz	Normas, Procedimientos Internos o especificaciones	Instalaciones	Fecha de Acreditación	Fecha de Vencimiento
1	Determinación del Contenido de Humedad	Trigo en grano/ Harina de Trigo	ISO 712:2009 (descrito en el instructivo IN-LAI-DIT-05/Rev.:01)	Permanentes	2018/03/05	2021/03/05
2	Determinación del Índice de Caída (Falling Number)	Trigo en grano/ Harina de Trigo	AACC 56-81.03:1999 (descrito en el instructivo IN-LAI-DIT-01/Rev.:01)	Permanentes	2018/03/05	2021/03/05
3	Determinación de Gluten Húmedo, Gluten Seco e Índice de Gluten (Gluten INDEX)	Trigo en grano/ Harina de Trigo	AACC 38-12.02:2000 (descrito en el instructivo IN-LAI-DIT-02/Rev.:01)	Permanentes	2018/03/05	2021/03/05



4	Determinación de las propiedades alveográficas (W, P, L, P/L, G y Ie)	Trigo en grano /Harina de Trigo	ISO 27971:2015 (descrito en el instructivo IN-LAI-DIT-03/Rev.:01)	Permanentes	2018/03/05	2021/03/05
5	Determinación de absorción de agua y propiedades reológicas (tiempo de desarrollo, estabilidad y reblandecimiento de la masa), utilizando un farinógrafo	Trigo en grano/ Harina de Trigo	ISO 5530-1:2013 (descrito en el instructivo IN-LAI-DIT-34/Rev.:00)	Permanentes	2018/03/05	2021/03/05

Responsable Técnico del Laboratorio: Lic. Gustavo Benitez

FOR205 Rev. 01