ORGANISMO ACREDITADO POR EL ONA
FICHA DE CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	**Balanzas Paraguayas S.A. (BALPAR S.A.)**	**RUC: 80012791-9**
NOMBRE DEL OEC	**BALPAR S.A.**	
TIPO DE OEC	Laboratorio de Calibración	
CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN Nº	ONA-CA/LC028	
DIRECCIÓN	Avda. Madame Lynch esq. Soriano González N° 268	
CIUDAD	Asunción	
TELEFONO	(+595) 21 511 475	
PERSONA DE CONTACTO	Gabriela Cantero, Coordinador de Calidad	
E-MAIL	sat@balpar.com.py / gcantero@balpar.com	

EL SIGUIENTE ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN ES CONCEDIDO AL ORGANISMO MENCIONADO MAS ARRIBA CONFORME AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA NP-ISO/IEC 17025:2018 Y DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS REGLAMENTOS, CRITERIOS Y POLÍTICAS DEL ONA APLICABLES A LOS LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN, EN SU VERSIÓN VIGENTE.

Transcripción de toda la información registrada en el Anexo 1 del Certificado de Acreditación según esquema de acreditación correspondiente.

Nº	**TIPO (A, B o C)**	**MAGNITUD**	**MENSURANDO O MATERIAL DE REFERENCIA** (equipo o instrumento a calibrar)	**NORMAS, PROCEDIMIENTOS INTERNOS O ESPECIFICACIONES** (con año)	**INTERVALO O PUNTO DE MEDICIÓN**	**PARAMETROS ADICIONALES (si aplica)**	***CMC**	**Fecha de Acreditación**	**Fecha de Vencimiento**
1	A y C	Masa	Instrumentos de pesar no automáticos (Balanzas, Basculas)	**LB-PR-08** Versión 03. Vigente desde 2025-12-29 Calibración de instrumentos de pesar de funcionamiento no automático	0 g a 1 g	Patrones de Clase de precisión M1	1,7E-03 g	05/03/2026	05/03/2030
					1,01 g a 2 g		1,7E-03 g		
					2,01 g a 5 g		1,7E-03 g		
					5,01 g a 10 g		1,7E-03 g		
					10,01 g a 20 g		1,8E-03 g		

1	A y C	Masa	Instrumentos de pesar no automáticos (Balanzas, Basculas)	**LB-PR-08** Versión 03. Vigente desde 2025-12-29 Calibración de instrumentos de pesar de funcionamiento no automático	20,1 g a 50 g	Patrones de Clase de precisión M1	8,3E-03 g	05/03/2026	05/03/2030
					50,01 g a 100 g		8,4E-03 g		
					100,01 g a 200 g		9,2E-03 g		
					200,01g a 500 g		1,4E-02 g		
					500,01 g a 1000 g		2,3E-02 g		
					1,01 kg a 2 kg		1,7E-04 kg		
					2,01 kg a 5 kg		1,8E-04 kg		
					5,01 kg a 10 kg		2,7E-04 kg		
					10,01 kg a 20 kg		3,5E-04 kg		
					20,01 kg a 40 kg		1,0E-03 kg		
					40,01 kg a 60 kg		1,2E-03 kg		
					60,01 kg a 80 kg		1,4E-03 kg		
					80,01 kg a 100 kg		1,7E-03 kg		
					100,1 kg a 120 kg		2,4E-03 kg		
					120,01 kg a 140 kg		2,6E-03 kg		
					140,01 kg a 160 kg		2,8E-03 kg		
					160,01 kg a 180 kg		3,1E-03 kg		
					180,01 kg a 200 kg		3,3E-03 kg		
					200,01 kg a 220 kg		3,6E-03 kg		
					220,01 kg a 240 kg		3,8E-03 kg		
					240,01 kg a 260 kg		4,1E-03 kg		
					260,01 kg a 280 kg		4,4E-03 kg		
					280,01 kg a 300 kg		4,6E-03 kg		
					300,01 kg a 320 kg		6,2E-03 kg		
					320,01 kg a 340 kg		6,4E-03 kg		
					340,01 kg a 360 kg		6,6E-03 kg		
					360.01 kg a 380 kg		6,8E-03 kg		
					380,01 kg a 400 kg		7,1E-03 kg		
					400,01 kg a 420 kg		7,3E-03 kg		
					420,01 kg a 440 kg		7,6E-03 kg		
					440,01 kg a 460 kg		7,8E-03 kg		
					460,01 kg a 480 kg		8,1E-03 kg		
					480,01 kg a 500 kg		8,3E-03 kg		

1	A y C	Masa	Instrumentos de pesar no automáticos (Balanzas, Basculas)	**LB-PR-08** Versión 03. Vigente desde 2025-12-29 Calibración de instrumentos de pesar de funcionamiento no automático	500,01 kg a 520 kg	Patrones de Clase de precisión M1	8,6E-03 kg	05/03/2026	05/03/2030
					520,01 kg a 540 kg		8,8E-03 kg		
					540,01 kg a 560 kg		9,1E-03 kg		
					560,01 kg a 580 kg		9,3E-03 kg		
					580,01 kg a 600 kg		9,6E-03 kg		
Dirección de actividad: Avda. Madame Lynch esq. Soriano González N° 268									

A. Servicios realizados en Instalaciones permanentes B. Servicios realizados en laboratorios móviles **C.** Servicios realizados en la instalación del cliente

*Capacidad de medición y calibración.

La incertidumbre expandida de medida informada se expresa como la incertidumbre de medida estándar multiplicada por el factor de cobertura k con una probabilidad correspondiente al 95%.

Obs.: