



ORGANISMO ACREDITADO POR EL ONA
FICHA DE CLIENTE

NOMBRE	Díaz Gill Medicina Laboratorial S.A.
TIPO DE ORGANISMO	Laboratorio de Ensayo
DIRECCIÓN	Eligio Ayala 1384
CIUDAD	Asunción
TELEFONO	021 2174000
FAX	---
PERSONA DE CONTACTO	Dra. Laura Mujica Díaz
E-MAIL	calidad@diazgill.com.py

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN CONCEDIDA AL LABORATORIO DE LA EMPRESA DÍAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL S.A., COMO LABORATORIO DE ENSAYO, DE ACUERDO A LA NORMA NP-ISO/IEC 17025:2018, EQUIVALENTE A LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 “REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION” Y DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS REGLAMENTOS, CRITERIOS Y POLITICAS DEL ONA APLICABLES A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS EN SU VERSION VIGENTE.

Nº	DESCRIPCIÓN DE ENSAYO (especificar Limite de Cuantificación y/o intervalo de trabajo)	SUSTRATO/MATRIZ (Material/ Producto)	COMPONENTE/ PARÁMETRO O CARACTERÍSTIC A PROBADA (Analito)	NORMAS/ PROCEDIMIENTOS/ ESPECIFICACIONES (año/edición/visión/ve rsión)	TIPO DE INSTALACIONES EN QUE SE DESARROLLAN LOS ENSAYOS (permanentes, fuera de sus instalaciones permanentes y en instalaciones temporales o móviles asociadas, o en las instalaciones del cliente)	Fecha de Acreditación	Fecha de Vencimiento
Laboratorio de Biología Molecular – Dpto. de Identificación Genética - ADNx							
1	Paternidad	Sangre y célula del epitelio bucal	Ácido Nucleico (Microsatélites)	BM-PRT-012 V2 (Extracción de ADN)	Permanente	02/08/2019	02/08/2022

			STR)	BM-IG-INS-005 V4 (Cuantificación de ADN) BM-IG-PRT-005 V8 (Amplificación de ADN) BM-IG-PRT-022 V6 (Electroforesis capilar en secuenciador genético ABI) BM-IG-PRT-017 V5 (Toma de muestras)			
2	Perfil Genético	Sangre y células del epitelio bucal	Ácido Nucleído (Microsatélites STR)	BM-PRT-012 V2 (Extracción de ADN) BM-IG-INS-005 V4 (Cuantificación de ADN) BM-IG-PRT-005 V8 (Amplificación de ADN) BM-IG-PRT-022 V6 (Electroforesis capilar en secuenciador genético ABI) BM-IG-PRT-017 V5 (Toma de muestras)	Permanente	02/08/2019	02/08/2022
Laboratorio de Toxicología							

1	Determinación de Etanol en sangre Cromatografía de Gases *LOQ: 0,006 g/dL	Sangre Humana	Etanol	TOX-PRT-001 Versión 6 Determinación de Etanol en sangre por Cromatografía de Gases (GC) TOX-PRT-005 Versión 7 Recolección de muestras	Permanente	02/08/2019	02/08/2022
2	Determinación de Bifenilos Policlorados en sangre y orina Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masa *LOQ (sangre) 1,0 ng/ mL *LOQ (orina) 0,5 ng/mL	Sangre Humana Orina Humana	Bifenilos Policlorados	TOX-PRT-002 Versión 6 Determinación de Bifenilos Policlorados en sangre y orina por Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masa (GC/MS) TOX-PRT-005 Versión 7 Recolección de muestras	Permanente	02/08/2019	02/08/2022
3	Detección de		Anfetamina Benzodiazepinas (metabolitos) tabolitos	TOX-PRT-003 Versión 5 Detección de Drogas de Abuso y sus	Permanente	02/08/2019	02/08/2022

	<p>Drogas de Abuso y sus metabolitos Inmunocromatografía</p>	<p>Orina Humana</p>	<p>(Oxacepam, Alprazolam, Clobazam, Clorazepato, Diazepam, Norclordiazepóxido, Temazepam), Metanfetamina, Marihuana (metabolitos), Antidepresivos Tricíclicos y metabolitos (Nortriptilina, Desipramina, Maprotilina. Barbitúricos: Secobarbital, Aprobarbital, Amobarbital, Butabarbital, Butalbital Butethal, Fenobarbital. Opiáceos: Codeína, Morfina Heroína. Cocaína y metabolito (Benzoilecgonina), Metadona, Fenciclidina, Propoxifeno MDMA</p>	<p>metabolitos en orina por Inmunocromatografía</p> <p>TOX-PRT-005 Versión 7 Recolección de muestras</p>			
--	---	---------------------	--	--	--	--	--

			(Metilendioxitetanamina)				
4	Marihuana y metabolitos Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masa (GC/MS)	Orina Humana	Marihuana y metabolitos	TOX-PRT-033 Versión 5 Anabólicos Exógenos y Marihuana Screening y Confirmación por Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masa (GC/MS) TOX-PRT-005 Versión 7 Recolección de muestras	Permanente	02/08/2019	02/08/2022
5	Cocaína y metabolitos Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masa (GC/MS)	Orina Humana	Cocaína y metabolitos	TOX-PRT-034 Versión 5 Cocaína y Metabolitos Screening y confirmación por Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masa (GC/MS) TOX-PRT-005 Versión 7 Recolección de muestras	Permanente	02/08/2019	02/08/2022
6	Determinación de Bifenilos Policlorados	Aceite Dieléctrico	Bifenilos Policlorados	Norma de Referencia: ASTM D4059-00 Reaprobado 2010	Permanente	02/08/2019	02/08/2022



	<p>en Aceite dieléctrico</p> <p>Cromatografía de gases (GC)</p> <p>Arocloros: 1242, 1248, 1254 y 1260</p> <p>Límite de Cuantificación (LOQ) = 5 µg/g</p>			<p>TOX-PRT-047 Versión 2 Determinación de Bifenilos Policlorados</p> <p>Determinación de Bifenilos Policlorados en Aceite dieléctrico por Cromatografía de gases con detector de captura de electrones (GC/µECD)</p>			
		<p>Responsable Técnico del Laboratorio de Biología Molecular: Dra. Karen Nielsen Responsable Técnico del Laboratorio de Toxicología: Dra. Mariza Insaurralde</p>					

FOR205 Rev. 02