



ORGANISMO ACREDITADO POR EL ONA
FICHA DE CLIENTE

NOMBRE	GUIDE S.R.L.
TIPO DE ORGANISMO	Laboratorio de Ensayos
DIRECCIÓN	Ingavi esq. Yva Purundy
CIUDAD	Fernando de la Mora
TELEFONO	021 338 3020
FAX	---
PERSONA DE CONTACTO	Grecia Velázquez Vega – Responsable Técnico
E-MAIL	laboratorio@guide.com.py

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN CONCEDIDA AL LABORATORIO DE LA EMPRESA GUIDE S.R.L., COMO LABORATORIO DE ENSAYO, DE ACUERDO A LA NORMA NP-ISO/IEC 17025:2006, EQUIVALENTE A LA NORMA ISO/IEC 17025:2005 “REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION” Y DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS REGLAMENTOS, CRITERIOS Y POLITICAS DEL ONA APLICABLES A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS EN SU VERSION VIGENTE.

Nº	DESCRIPCIÓN DE ENSAYO (especificar Limite de Cuantificación y/o intervalo de trabajo)	SUSTRATO/MATRIZ (Material/ Producto)	COMPONENTE/ PARÁMETRO O CARACTERÍSTICA PROBADA (Analito)	NORMAS/ PROCEDIMIENTOS/ ESPECIFICACIONES (año/edición/visión/versión)	TIPO DE INSTALACIONES EN QUE SE DESARROLLAN LOS ENSAYOS (permanentes, fuera de sus instalaciones permanentes y en instalaciones temporales o móviles asociadas, o en las instalaciones del cliente)	Fecha de Acreditación	Fecha de Vencimiento
1	Determinación de Densidad a 15 °C Rango: 850,0 kg/m ³ a 900,0	Biodiesel	Densidad a 15 °C	ASTM D1298-12b (2017)	Permanentes	22/07/2019	22/07/2022



	kg/m ³						
2	Determinación de contenido de agua por titulación coulombimétrica (Karl Fischer) Rango: 10 mg/kg a 25 000 mg/kg	Biodiesel	Contenido de agua	ASTM D6304-2016 ^{ε1}	Permanentes	22/07/2019	22/07/2022
Responsable Técnico del Laboratorio: Grecia Velázquez Vega							

FOR205 Rev. 02