



**ORGANISMO ACREDITADO POR EL ONA  
FICHA DE CLIENTE**

<b>RAZÓN SOCIAL</b>	Coop. Fernheim Ltda.	<b>RUC:</b> 80016754-6
<b>NOMBRE DEL OEC</b>	Labfil	
<b>TIPO DE OEC</b>	Laboratorio de ensayo	
<b>CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN N°</b>	ONA-CA/LE024	
<b>DIRECCIÓN</b>	Av. Hindenburg	
<b>CIUDAD</b>	Filadelfia	
<b>TELEFONO</b>	+595 491 418 650	
<b>PERSONA DE CONTACTO</b>	Lic. Adeline Friesen, Jefe de Laboratorio	
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:adeline.friesen@fernheim.com.py">adeline.friesen@fernheim.com.py</a>	

**ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN CONCEDIDA A LABFIL DE LA COOP. FERNHEIM LTDA., COMO LABORATORIO DE ENSAYO, DE ACUERDO A LA NORMA NP-ISO/IEC 17025:2018, EQUIVALENTE A LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 “REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION” Y DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS REGLAMENTOS, CRITERIOS Y POLITICAS DEL ONA APLICABLES A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS EN SU VERSION VIGENTE.**

Transcripción de toda la información registrada en el Anexo 1 del Certificado de Acreditación según esquema de acreditación correspondiente.

<b>N°</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ENSAYO</b> (especificar Limite de Cuantificación y/o intervalo de trabajo)	<b>SUSTRATO/ MATRIZ</b> (Material/ Producto)	<b>COMPONENTE/ PARÁMETRO O CARACTERÍSTICA PROBADA</b> (Analito)	<b>NORMAS/ PROCEDIMIENTOS/ ESPECIFICACIONES</b> (año/edición/revisión/ versión)	<b>TIPO DE INSTALACIONES EN QUE SE DESARROLLAN LOS ENSAYOS</b> (permanentes, fuera de sus instalaciones permanentes y en instalaciones temporales o móviles asociadas, o en las instalaciones del cliente)	<b>Fecha de Acreditación</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>
1	Determinación de Aflatoxina B1 y de la suma de las aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 en maní LQ Aflatoxina B1: 0,300 µg/kg LQ Aflatoxina B2: 0,300 µg/kg LQ Aflatoxina G1: 0,200 µg/kg LQ Aflatoxina G2: 0,300 µg/kg LQ Aflatoxinas totales: 0,400 µg/kg	Maní Crudo	Aflatoxina B1 y de la suma de las aflatoxinas B1, B2, G1 y G2	<b>PEN-702-1 Ver. 2</b> Referencia: <b>Método UNE: EN 14123:2008</b> <b>Determinación de aflatoxinas B1, y de la suma de las aflatoxinas B1, B2, G1, G2 en maní</b>	Permanente	2024/08/09	2027/08/09

2	Muestreo de producto terminado de maní	Maní Crudo	No aplica	<b>PRO-703-1 Ver. 6</b> <b>Muestreo de producto terminado de maní</b> Referencia: <b>Reglamento de ejecución (UE 2023/2782 de la Comisión Europea)</b>	En instalaciones del cliente	2024/08/09	2027/08/09
---	--	------------	-----------	---	------------------------------	------------	------------

**Responsable Técnico de Laboratorio:** Lic. Adeline Friesen

**Dirección de actividad:** Av. Hindenburg - Filadelfia, Dpto. de Boquerón - Paraguay

**Obs.:** En algunos casos el límite de Cuantificación (LQ) no es aplicable. -