ORGANISMO ACREDITADO POR EL ONA
FICHA DE CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	**INYMA CONSULT S.A.**	**RUC: 80114692-5**
NOMBRE DEL OEC	**INYMA CONSULT S.A.**	
TIPO DE OEC	Laboratorio de ensayos	
CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN Nº	ONA-CA/LE060	
DIRECCIÓN	3 de Mayo N° 3819 casi San Jorge	
CIUDAD	Asunción	
TELEFONO	(021) 671675	
PERSONA DE CONTACTO	I.Q. Carmen Escribá – Director Técnico	
E-MAIL	labinyma@gmail.com	

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN CONCEDIDA A INYMA CONSULT S.A., COMO LABORATORIO DE ENSAYO, DE ACUERDO A LA NORMA NP-ISO/IEC 17025:2018, EQUIVALENTE A LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 "REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION" Y DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS REGLAMENTOS, CRITERIOS Y POLITICAS DEL ONA APLICABLES A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS EN SU VERSION VIGENTE.

Transcripción de toda la información registrada en el Anexo 1 del Certificado de Acreditación según esquema de acreditación correspondiente.

Nº	**DESCRIPCIÓN DE ENSAYO** (especificar Limite de Cuantificación y/o intervalo de trabajo)	**SUSTRATO/ MATRIZ** (Material/ Producto)	**COMPONENTE/ PARÁMETRO O CARACTERÍSTICA PROBADA** (Analito)	**NORMAS/ PROCEDIMIENTOS/ ESPECIFICACIONES** (año/edición/revisión/ versión)	**TIPO DE INSTALACIONES EN QUE SE DESARROLLAN LOS ENSAYOS** (permanentes, fuera de sus instalaciones permanentes y en instalaciones temporales o móviles asociadas, o en las instalaciones del cliente)	**Fecha de Acreditación**	**Fecha de Vencimiento**
1	Determinación de la concentración de Arsénico por espectrofotometría. (LC 0,08 mg As/ kg)	Sal de mesa	Arsénico	Eusalt AS011 2005 Arsenic - Silver Diethyldithiocarbamate Photometric Method **PRO-FIQ-029**. Versión 001. Vigente desde 05.10.2023 Arsénico en muestras de sal	Permanentes	15/04/2025	15/04/2028
2	Determinación de la	Sal de mesa	Yodo	Métodos Físico-Químicos para Análise de Alimentos - 4ª Edição; 1ª	Permanentes	15/04/2025	15/04/2028

	concentración de Yodo por volumetría. (LC 10 mg I/ kg)			Edição Digital; II – IAL; SES - CCD – IAL; Secretaria de Estado da Saúde; Coordenadoria de Controle de Doenças; Instituto Adolfo Lutz © 2008 **PRO-FIQ-030**. Versión 000. Vigente desde 13.07.2023 Procedimiento especifico de ensayo- Yodo en sal			
3	pH, medición potenciométrica (intervalo 4,00 – 10,00)	Agua potable, mineral, superficial, industrial, efluente	pH	Standard Methods for the examination of waters and wastewaters met. 4500-H+ B. Edición N° 24 **PRO-FIQ-001**. Versión 003. Vigente desde 12.10.2023 Procedimiento específico de ensayo para la determinación de pH en aguas y efluentes	Permanentes	15/04/2025	15/04/2028
4	Determinación de la concentración de Nitrato por espectrofotometría UV. (LC 0,50 mg NO_3^-/L)	Agua potable, mineral	Nitrato	Standard Methods for the examination of waters and wastewaters met. 4500-NO_3 B. Edición N° 24 **PRO-FIQ-008**. Versión 003. Vigente desde 16.01.2025 Procedimiento específico de ensayo para la determinación de Nitrato en agua potable – Método UV	Permanentes	15/04/2025	15/04/2028
5	Determinación de la concentración de Nitrato por espectrofotometría visible. (LC 0,25 mg NO_3^-/L)	Agua potable, mineral, superficial	Nitrato	EPA 352.1. 1971 **PRO-FIQ-009**. Versión 002. Vigente desde 15.12.2023 Procedimiento especifico de ensayo para la determinación de Nitrato en agua potable y efluentes- Método colorimétrico	Permanentes	15/04/2025	15/04/2028
Responsable Técnico de Laboratorio: Ing. Carmen Escribá							
Dirección de actividad: 3 de Mayo N° 3819 casi San Jorge, Barrio Santa María, Asunción							

Obs.: En algunos casos el límite de Cuantificación (LQ) no es aplicable. -